

## Sauerstoffnasenbrille Für Erwachsene Aus weichem Kraton

**PZN 336 730 4 RC-Artikel-Nr. 710**



**Gebrauchsanweisung - Bitte sorgfältig lesen!**

**Sauerstoffnasenbrille aus Kraton bestehend aus:**

- weichen Kraton-Nasenspitzen
- Anschlussschlauch 2,1 m



0120

**Verwendungszweck** - Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang - die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher.

### Anwendung

Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, so dass der Schlauch wie eine Brille von den

Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschlaufe am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

### Reinigung und Hygiene

Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4 : 1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. Aus hygienischen Gründen sollten nur Sie die Sauerstoffnasenbrille benutzen! Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille.

Der Schlauch enthält Phtalate. In den Nasenspitzen sind keine Phtalate enthalten.



Alleinvertrieb:

R. CEGLA GmbH & Co. KG, Postfach 1225,  
D-56402 Montabaur, Germany,  
Tel. (02602) 92 13-0 Fax (0 26 02) 92 13-15  
Email - info@ceglade website - www.ceglade LOT# 061594

REV. 06-1500-15

EU-Verantwortlicher: mdi EUROPA GmbH,  
Langenhagener Str.71,  
30855 Hannover,-Langenhagen, Germany

## Sauerstoffnasenbrille Für Erwachsene Aus weichem Kraton

**PZN 336 730 4 RC-Artikel-Nr. 710**



**Gebrauchsanweisung - Bitte sorgfältig lesen!**

**Sauerstoffnasenbrille aus Kraton bestehend aus:**

- weichen Kraton-Nasenspitzen
- Anschlussschlauch 2,1 m



0120

**Verwendungszweck** - Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang - die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher.

### Anwendung

Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, so dass der Schlauch wie eine Brille von den

Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschlaufe am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

### Reinigung und Hygiene

Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4 : 1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. Aus hygienischen Gründen sollten nur Sie die Sauerstoffnasenbrille benutzen! Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille.

Der Schlauch enthält Phtalate. In den Nasenspitzen sind keine Phtalate enthalten.



Alleinvertrieb:

R. CEGLA GmbH & Co. KG, Postfach 1225,  
D-56402 Montabaur, Germany,  
Tel. (02602) 92 13-0 Fax (0 26 02) 92 13-15  
Email - info@ceglade website - www.ceglade LOT# 061594

REV. 06-1500-15

EU-Verantwortlicher: mdi EUROPA GmbH,  
Langenhagener Str.71,  
30855 Hannover,-Langenhagen, Germany

## Sauerstoffnasenbrille Für Erwachsene Aus weichem Kraton

**PZN 336 730 4 RC-Artikel-Nr. 710**



**Gebrauchsanweisung - Bitte sorgfältig lesen!**

**Sauerstoffnasenbrille aus Kraton bestehend aus:**

- weichen Kraton-Nasenspitzen
- Anschlussschlauch 2,1 m



0120

**Verwendungszweck** - Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang - die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher.

### Anwendung

Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, so dass der Schlauch wie eine Brille von den

Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschlaufe am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

### Reinigung und Hygiene

Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4 : 1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. Aus hygienischen Gründen sollten nur Sie die Sauerstoffnasenbrille benutzen! Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille.

Der Schlauch enthält Phtalate. In den Nasenspitzen sind keine Phtalate enthalten.



Alleinvertrieb:

R. CEGLA GmbH & Co. KG, Postfach 1225,  
D-56402 Montabaur, Germany,  
Tel. (02602) 92 13-0 Fax (0 26 02) 92 13-15  
Email - info@ceglade website - www.ceglade LOT# 061594

REV. 06-1500-15

EU-Verantwortlicher: mdi EUROPA GmbH,  
Langenhagener Str.71,  
30855 Hannover,-Langenhagen, Germany

## Sauerstoffnasenbrille Für Erwachsene Aus weichem Kraton

**PZN 336 730 4 RC-Artikel-Nr. 710**



**Gebrauchsanweisung - Bitte sorgfältig lesen!**

**Sauerstoffnasenbrille aus Kraton bestehend aus:**

- weichen Kraton-Nasenspitzen
- Anschlussschlauch 2,1 m



0120

**Verwendungszweck** - Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang - die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher.

### Anwendung

Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, so dass der Schlauch wie eine Brille von den

Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschlaufe am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

### Reinigung und Hygiene

Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4 : 1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. Aus hygienischen Gründen sollten nur Sie die Sauerstoffnasenbrille benutzen! Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille.

Der Schlauch enthält Phtalate. In den Nasenspitzen sind keine Phtalate enthalten.



Alleinvertrieb:

R. CEGLA GmbH & Co. KG, Postfach 1225,  
D-56402 Montabaur, Germany,  
Tel. (02602) 92 13-0 Fax (0 26 02) 92 13-15  
Email - info@ceglade website - www.ceglade LOT# 061594

REV. 06-1500-15

EU-Verantwortlicher: mdi EUROPA GmbH,  
Langenhagener Str.71,  
30855 Hannover,-Langenhagen, Germany